



NB 2275

Certificat de examinare UE de tip EU-type examination certificate

Număr RO-2275-22603, revizia 1
Number RO-2275-22603, revision 1

accredited for
CERTIFICATION



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CREDITATION CERTIFICATE
ON 041

Eliberat de
Issued by

MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE/ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY
Str. Părului nr. 8, Craiova, Județul Dolj, România
Tel: 0351/451 047; Tel/Fax: 0251/545 553; office@mrco.ro, www.mrco.ro

În conformitate cu
According to

Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare), Anexa I – Cerințe esențiale, Anexa II, Modulul B – Examinarea UE de tip, Anexa IV – Contoare de gaz și dispozitive de conversie a volumului (MI-002)
Directive 2014/32/UE of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the member states relating to the making available on the market of measuring instruments (recast), Annex I – Essential Requirements, Annex II, Module B – EU-Type examination, Annex IV – Gas meters and volume conversion devices (MI-002)

Producător
Manufacturer

Q.E.D. Electronics Design S.R.L.
Str. Râul Mara nr. 11-15, Bl. M5, Sc. 4, Et. 2, Sector 4, București, România

Referitor la
Concerning to

Dispozitiv de conversie a volumului, tip PTZ4-1 CONVERTER
Volume conversion device, PTZ4-1 CONVERTER type

Caracteristici
Characteristics

Principiu de conversie/ <i>Conversion principle:</i>	PTZ
Tip dispozitiv de conversie/ <i>Type of conversion device:</i>	1 (sistem complet/ <i>complete system</i>)
Temperatura ambiantă/ <i>Ambient temperature:</i>	-25 °C la/to +55 °C
Proiectat pentru: <i>Designed for:</i>	Umiditate cu condensare <i>Condensing humidity</i>
Clasa de mediu mecanic/ <i>Mechanical environment class:</i>	M2
Clasa de mediu electromagnetic: <i>Electromagnetic environment class:</i>	E2
Locația prevăzută/ <i>The intended location:</i>	Deschisă/ <i>Outdoor</i>

Descriere și
documentație
*Description and
documentation*

Mijlocul de măsurare corespunde cu cerințele Directivei 2014/32/UE și este descris în Anexă, parte integrantă din prezentul certificat.
The measuring instrument meets the 2014/32/EU Directive's requirements and it is described in Annex, a part of this certificate.

Eliberat la
Issued on

18.10.2022

Valabil până la
Valid until

28.09.2032

Organism notificat nr. 2275
Notified Body no. 2275

PhD eng. Maria Magdalena POENARU
DIRECTOR EXECUTIV

